



**CARACTERISTICI MINIME ALE LIFTULUI HIDRAULIC CARE RIDICA SAU COBOARA UN PACIENT IMOBILIZAT SAU CU PROBLEME SEVERE DE MOBILITATE**

Nr. crt.	Caracteristici	Mentiiuni (DA/NU)
1.	Dispozitiv medical care ridica sau coboara un pacient imobilizat sau cu probleme severe de mobilitate, cu sistem hidraulic actionat manual	
2.	Manevrabilitate usoara si in deplina siguranta	
3.	Liftul hidraulic sa aiba corpul de otel, vopsit in pulberi epoxy impotriva coroziunii si a oxidarii	
4.	Baza liftului sa fie reglabila, controlata manual, pentru accesul facil in locuri inguste	
5.	Inaltimea minima la care sa fie ridicat pacientul (partea cea mai de jos a pacientului) - 1 m	
6.	Cadrul metalic sa fie sustinut pe rotile, rotilele din spate cu frana independenta	
7.	Greutatea minima a pacientului – 180 kg	
8.	Garantie minim trei ani de la punerea in functiune, perioada neconditionata de numarul orelor de functionare sau de alti parametri (conform solicitarilor)	
9.	Timp maxim de raspuns la interventie – 48 de ore	
10.	Livrarea, instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se efectueaza la beneficiar, in locatia de livrare, cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pret	
11.	Furnizorul va livra cartea tehnica a dispozitivului medical in limba romana	
12.	Dispozitivul sa fie prevazut cu hamac	
13.	Hamacul sa suporte cel putin 180 kg	
14.	Hamacul sa fie confectionat dintr-un material rezistent, neinflamabil, sa poata fi spalat la masina de spalare la 95°	

Intocmit,  
Sef Birou Achizitii,  
Ec. Amanaloe Carmen